




정확성이 검증된 혈압계인지 확인하는 방법



왜 정확한 혈압계를 사용해야 합니까?

부정확한 혈압 측정은 잘못된 진단 및 부적절한 치료로 이어질 수 있습니다. 심장마비나 뇌졸중의 위험을 줄일 기회를 놓칠 수도 있습니다.



부정확한 혈압계가 많습니

사용할 수 있는 혈압계가 3000개 이상이지만 이들 중 정확성이 올바르게 검증된 것은 15% 미만입니다.

아래 (무료) 리스트에서 권장하는 혈압계만 사용하십시오 국가 또는 일반 리스트에서 선택하십시오 리스트

적절한 국가를 클릭하고 지침을 따르십시오

[영국](#)

[아일랜드](#)

[캐나다](#)

[독일](#)

[일본](#)

[아메리카 합중국](#)

리스트

STRIDE BP

<https://stridebp.org/bp-monitors>

는 검증된 혈압계 리스트입니다. 2페이지의 등록기관을 검색하는 방법에 대한 자세한 지침을 따르십시오.

Medaval

medaval.ie/blood-pressure-monitors/

리스트에 검증된 혈압계와 검증되지 않은 혈압계가 모두 나열되어 있습니다. 3 페이지의 등록기관을 검색하는 방법에 대한 자세한 지침을 따르십시오.



STRIDE BP 리스트를 이용하여 혈압 계가 올바르게 검증되었는지 확인하는 방법



단계별 지침

01 STRIDE BP

들어가기 인터넷 주소창에 [www.stridebp.org/bp-monitors](https://stridebp.org/bp-monitors) 라고 칩니다

  | <https://stridebp.org/bp-monitors>

02 검색

검색창에 정확한 혈압 모델을 입력 또는 혈압 계 제조업체 이름을 입력하고
나열된 혈압계의 모델을 찾습니다.

Blood pressure monitors

Search

Population Use Manufacturer

Device Description Measurement site

BrandX Upper arm

ABC-123

‘Device Description’에 표시되면 유효성이 검증된 혈압계입니다.

Blood pressure monitors

Search

Population Use Manufacturer

Device Description Measurement site

No results found Upper arm

‘장치 설명’ 아래에 “결과가 없습니다”로 표시되면 그 혈압계는 사용하지 않는 것이 좋습니다.



검색 기능은 매우 민감하므로 제조업체의 이름이나 혈압계 모델에 약간의 오류가 있을 경우 검증된 혈압계라도 찾을 수 없습니다.



제조업체 이름 또는 혈압계 모델을 찾을 수 없으면 그 혈압계는 검증되지 않은 혈압계일 수 있습니다.

브랜드, 가격 또는 사용후기에 유혹 받지 마십시오

Medaval Registry


를 사용하여 혈압 계가 올바르게 검증되었는지 확인 하는 방법



단계별 지침


01

Google 또는 기타 검색 엔진에 *혈압계의 제조사 및 모델과 ‘Medaval’ 이라는 단어를 함께 입력.



02

혈압계의 Medaval 평가 링크를 찾아 클릭하십시오. 처음에 보이는 다른 광고 자료는 무시하십시오.



03

정확도 평가 보고서를 찾아 Medaval 평가 및 권장 사항을 확인하십시오.

Assessment:	The technology used in the Brand X ABC-123 , to measure blood pressure, has passed in a clinical validation study, in a general population, according to a recognised standard protocol, as published in a peer-reviewed publication.		
	Accuracy Assessment	Recommendation	Basis
	Medaval	★★ Recommendation	Recent clinical validation; recent protocol



제조업체 이름 또는 혈압계 모델을 찾을 수 없으면 그 혈압계는 검증되지 않은 혈압계일 수 있습니다.



Medaval에서는 서로 다른 별 등급을 사용하지만 별수에 관계없이 올바르게 검증된 모니터를 추천합니다.

브랜드, 가격 또는 평가후기에 유혹 받지 마십시오

